

Contrôle de la radioactivité de l'air par la balise atmosphérique d'Avignon (Vaucluse)

— ALPHA


— BETA

— IODE

*

Prélèvement de filtre et/ou cartouche pour analyse, ce qui nécessite l'arrêt de la balise et entraîne donc une interruption ponctuelle dans l'acquisition des résultats

Bq/m³



Les activités volumiques mesurées sont inférieures à la limite de détection (1 Bq/m³). Le laboratoire de la CRIIRAD est intervenu le 26/06/2017 suite à un problème de communication : la réinitialisation de l'électronique a entraîné l'absence de valeurs exploitables le 26/06/2017 entre 8h et 10h30 TU. Pas de valeurs exploitables le 03/07/2017 entre 4h et 5h45 suite à une coupure ponctuelle de l'alimentation électrique (travaux à proximité).

Les fluctuations des valeurs en dessous de la limite de détection ne sont pas significatives (pas de contamination). Elles sont dues : 1/ à l'électronique de comptage et 2/ aux variations de la radioactivité naturelle (radon et descendants).